报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **复合免疫分析非定值质控品**

REF	540-2	6×3mL	EXP	2022-09-30	LOT	3385041	更新日期：	2018-12

		批号：3385041	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	nmol/L	5.45	4.33-6.57
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	118	94-142
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	92.6	74.0-111.2
(ALD)醛固酮			
DiaSorin Liaison /XL Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	500	400-600
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	22.8	18.0-27.6
(ASD)雄烯二酮			
DiaSorin Liaison /XL Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	10.5	8.1-12.9
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	60.4	47.8-73.0
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	79.9	63.7-96.1
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	44.9	35.7-54.1
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	59.5	47.3-71.7
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	49.1	38.9-59.3
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	38.1	30.3-45.9
(CEA)癌胚抗原			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	10.5	8.1-12.9
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	17.5	13.7-21.3
(CK-MB)肌酸激酶-MB			
Roche cobas c 501/502/701 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	5.9	4.7-7.1
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.6	13.0-20.2
(Cortisol)皮质醇			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/dL	23.9	18.9-28.9
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	umol/L	0.566	0.450-0.682
(C-P)C-肽			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	2.54	2.02-3.06
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.98	1.58-2.38
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	umol/L	16.4	12.8-20.0
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	umol/L	14	11-17
(Digoxin)地高辛			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	2.63	2.07-3.19

		批号：3385041	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(E2)雌二醇			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1112	890-1,334
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	935	749-1,121
(EPO)促红细胞生成素			
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	48.6	38.8-58.4
(FA)叶酸			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	16.9	13.3-20.5
(Ferritin)铁蛋白			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	139	111-167
(F-PSA)游离PSA			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.08	4.02-6.14
(FSH)促卵泡刺激素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	33.7	26.7-40.7
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	27.1	21.3-32.9
(FT3)游离T3			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	11.5	9.1-13.9
(FT4)游离T4			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	29.8	23.8-35.8
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	34.6	27.4-41.8
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	umol/L	24.2	19.2-29.2
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	umol/L	22.4	17.6-27.2
(HGH)人生长激素			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mU/L	11.4	9.0-13.8
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	155	125-185
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	kU/L	80.9	64.5-97.3
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	22.8	18.2-27.4
(INS)胰岛素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	35.1	27.9-42.3
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	32.5	25.7-39.3
(LH)促黄体生成素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	20.4	16.2-24.6
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	18.1	14.3-21.9
(MYO / Mb)肌红蛋白			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	139	111-167

报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **复合免疫分析非定值质控品**

QUALAB

REF	540-2	6×3mL	EXP	2022-09-30	LOT	3385041	更新日期：	2018-12

		批号：3385041	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	120	96-144
(PRL)催/ 泌乳素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.3	13.7-20.9
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	391	313-469
(PROG)孕酮			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	34.2	27.0-41.4
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	37.2	29.4-45.0
(PSA)前列腺特异性抗原			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12.7	9.9-15.5
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	11.2	8.6-13.8
(PTH)甲状旁激素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	81.3	64.7-97.9
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	9.59	7.59-11.59
(TES)睾酮			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	1.84	1.46-2.22
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	1.69	1.33-2.05
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.37	5.81-8.93
(THEO)茶碱			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	umol/L	137	111-163
(TnI)肌钙蛋白I			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ug/L	0.412	0.314-0.510
(TnT)肌钙蛋白T			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/L	1024	820-1,228
(TSH)促甲状腺素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.1	7.7-12.5
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	9.81	7.81-11.81
(TT3)总T3			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	3.65	2.89-4.41
(TT4)总T4			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	137	111-163
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	11.1	8.7-13.5
(VB12)维生素B12			
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	504	404-604
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/L	1.16	0.90-1.42

报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **复合免疫分析非定值质控品**

REF	540-2	6×3mL	EXP	2022-09-30	LOT	3385041	更新日期：	2018-12

		批号：3385041	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1.48	1.16-1.80
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素Beta亚基			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	133	105-161

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。