报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **心肌标志物液体非定值质控品**

REF	530-3	6×3mL	EXP	2024-10-17	LOT	I2934AE	更新日期：	2021-11

		批号：I2934AE	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	50.7	38.5-62.9
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	63	47.9-78.1
(Myo / Mb)肌红蛋白			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	306	233-379
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	328	249-407
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1040	790-1280
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	122	92.6-151
(TnI)肌钙蛋白I			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.6	8.06-13.1

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。