

REF	663-2	6×3mL	EXP	2021-03-28	LOT	66322103	更新日期：	2021-01
1 / 1								

		批号：66322103	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(IRF)未成熟网织红细胞比率			
Mindray BC-6000 series Mindray \ Flow cytometry	%	10	0-20
Sysmex XE series sysmex \ Flow cytometry	%	15	0-30
Sysmex XT series sysmex \ Flow cytometry	%	20	0-40
Sysmex XN series sysmex \ Flow cytometry	%	20	0-40
(RBC)红细胞			
Mindray BC-6000 series Mindray \ Electrical impedance	T/L (1E +12/L)	4.56	3.62-5.5
Sysmex XE series sysmex \ Electrical impedance	T/L (1E +12/L)	4.64	3.72-5.56
Sysmex XT series sysmex \ Electrical impedance	T/L (1E +12/L)	4.68	3.76-5.6
Sysmex XN series sysmex \ Electrical impedance	T/L (1E +12/L)	4.69	3.75-5.63
(RET %)网织红细胞百分数			
Mindray BC-6000 series Mindray \ Light scattering	%	5	0-10
Sysmex XE series sysmex \ Electrical impedance	%	5	0-10
Sysmex XT series sysmex \ Electrical impedance	%	5	0-10
Sysmex XN series sysmex \ Electrical impedance	%	5	0-10

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。