报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **凝血因子非定值质控品**

REF	673-3	6×1mL	EXP	2021-07-25	LOT	403680B	更新日期：	2020-06

		批号：403680B	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	78.5	63.3-93.7
Stago STA series STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	Seconds	86.9	70.7-103
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	138	114-162
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series IL \ Nephelometry	%	30.9	25.5-36.3
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	27.4	21.6-33.2
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	28.7	23.1-34.3
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
IL ACL series IL \ Nephelometry	mg/L	1.1	0.884-1.32
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	4.62	3.78-5.46
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.14	0.08-0.2
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	11.5	9.7-13.3
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.08	0.04-0.12
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	10.3	8.5-12.1
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.34	0.26-0.42
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	39.4	31.2-47.6
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.11	0.07-0.15
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	10.7	8.9-12.5
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.26	0.18-0.34
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	35.9	28.7-43.1
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.11	0.07-0.15
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	12.6	10.8-14.4
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.15	0.11-0.19
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	13.2	11.4-15
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.29	0.23-0.35
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	29.6	24-35.2
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CA 1500/6000/7000 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	8.74	7.12-10.4
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series IL \ Light scattering	g/L	1.33	1.07-1.59
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.22	0.98-1.46
(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.22	0.16-0.28
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.23	0.17-0.29
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	20.9	17.1-24.7

报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **凝血因子非定值质控品**

REF	673-3	6×1mL	EXP	2021-07-25	LOT	403680B	更新日期：	2020-06

		批号：403680B	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.18	0.14-0.22
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	13.8	12-15.6
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	56.3	45.1-67.5
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	52.9	42.3-63.5
(TT)凝血酶时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	18.6	15.4-21.8
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	17.3	14.1-20.5

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。