

REF	521-3	6×3mL	EXP	2024-04-03	LOT	31B7908	更新日期：	2021-08
1 / 1								

批号：31B7908			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	57.8	43.9-71.7
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	230	175-285
(AT-III)抗凝血酶III			
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	48	36.5-59.5
(C3)补体 C3			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	202	154-250
(C4)补体 C4			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	51.9	39.4-64.4
(Cer)铜蓝蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.45	0.342-0.558
(CRP)C反应蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.71	5.86-9.56
(Ferritin)铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	341	259-423
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	3.34	2.54-4.14
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	59.8	45.4-74.2
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	18.5	14.1-22.9
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.68	2.04-3.32
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	15.5	11.8-19.2
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.13	6.18-10.1
(PAB)前白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.48	0.364-0.596
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai(BeiJin) \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.56	4.99-8.13
(RF)类风湿因子			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	122	92.6-151
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	357	271-443
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	201	159-243
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	5.12	3.89-6.35

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。