报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **凝血因子非定值质控品**

REF	673-3	6×1mL	EXP	2023-03-05	LOT	40367A8	更新日期：	2021-03

		批号：40367A8	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	85	64.6-105
Stago STA series STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	Seconds	72	54.7-89.3
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	125	95-155
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series IL \ Nephelometry	%	22	16.7-27.3
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	24	18.2-29.8
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
IL ACL series IL \ Nephelometry	mg/L	1.15	0.874-1.43
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.68	2.8-4.56
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.11	0.0836-0.136
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.11	0.0836-0.136
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.27	0.205-0.335
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.11	0.0836-0.136
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.3	0.228-0.372
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.13	0.0988-0.161
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.17	0.129-0.211
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.29	0.22-0.36
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series IL \ Light scattering	g/L	1.33	1.01-1.65
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.35	1.03-1.67
Stago STA series STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	g/L	1.53	1.16-1.9
(Plasminogen)纤溶酶原			
IL ACL series IL \ Nephelometry	IU/mL	0.28	0.213-0.347
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.23	0.175-0.285
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.22	0.167-0.273
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	49.5	37.6-61.4
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	39.5	30-49
Stago STA series STA-Neoplastine CI \ Magnetic Beads	Seconds	40.9	31.1-50.7

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。