



REF	551-3	6×1mL	EXP	2024-02-10	LOT	3493FC6	更新日期：	2021-03
1 / 1								

批号：3493FC6			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	123	99-147
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	136	109-163
Tosoh AIA1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	127	100-154
(FE3/uE3)游离雌三醇			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.05	2.43-3.67
Tosoh AIA1800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.12	3.31-4.93
(Fβ-hCG)游离β-绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA1800 Dedicated \ Electro chemi luminescence (ECL)	ng/mL	103	79-127
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Roche cobas e411 Roche \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/L	75.8	60-91.6
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	3720	2970-4460
(PAPP-A)妊娠相关血浆蛋白-A			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	983	787-1170
Tosoh AIA1800 Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	1.05	0.826-1.27
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	2060	1620-2500

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。