报告类别： **示范实验室数据报告**

质控品名： **特殊肿瘤标志物非定值质控品Plus**

REF	514-1	6×3mL	EXP	2023-06-01	LOT	3107C26	更新日期：	2020-07

		批号：3107C26	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.3	7.9-12.7
(PG I)血清胃蛋白酶原I			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	46.7	37.1-56.3
MULTISKAN - FC BJKM \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	μg/L	175	139-211
(PG II)血清胃蛋白酶原II			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	24.8	19.6-30
MULTISKAN - FC BJKM \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	μg/L	18.3	14.7-21.9
(proGRP)胃泌素释放肽前体			
Beckman AU series KeFang(Guangzhou) \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	83.2	66.6-99.8
(S-100)钙离子结合蛋白			
HYBIOME AE Series HYBIOME \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.11	0.07-0.15
(TSGF)肿瘤特异性生长因子			
Beckman AU series KeFang(Guangzhou) \ Enzyme immunoassay (EIA)	kU/L	37.2	29.4-45

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。